

2023年8月吉日

お取引先各位

日進医療器株式会社 営業部
愛知県北名古屋市沖村権現 35-2
TEL:0568(21)0635
FAX:0568(23)2787

トレウォークスリム仕様変更追加のお知らせ

拝啓

貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。表題の件、以前ご案内させていただきましたトレウォークスリムの仕様を変更に関しまして、大変申し訳ございませんが、追加事項がございますのでご案内申し上げます。詳細は下記をご確認ください。今後とも弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

変更点	① 木製レザー張りパッドからポリウレタン成型パッドへ変更、 ② ベースフレーム形状変更。	
本体品番	PTOREWS12 (変更無し)	
本体名称	トレウォークスリム (変更無し)	
写真	<p>変更前</p>  <p>パッドは木製レザー張り ベースフレーム形状はなだらかな形状です。</p>	<p>変更後</p>  <p>パッドはポリウレタン成型 ベースフレーム形状は地面と平行に近い部分を長くしています。</p>
肘受けパッド部品名称	① 肘受けパッド 右 トレウォークスリム ② 肘受けパッド 左 トレウォークスリム	① 肘受けパッド 右 トレウォークスリム・ウレタン ② 肘受けパッド 左 トレウォークスリム・ウレタン
肘受けパッド部品番号	① PEA-0180B ② PEA-0181B	① PEA-0180C ② PEA-0181C
変更理由	メンテナンス性の向上のため	
変更時期	本体：2023年7月1日出荷分より（製造番号：23T1320～） 部品：ランニングチェンジとなります。	
対象機種	トレウォークスリム（トレウォークに関しましては、変更ございません。）	
価格	本体、部品とも変更ございません。	
互換性	互換性はございます。変更後部品は左右一式での交換をお勧めいたします。	
本体重量	仕様変更前 12.1 kg→仕様変更後 12.6 kgとなります。	

以上